



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 800 48 30

Αγ. Στέφανος, 24-1-2017
Αριθ. Πρωτ.: - 2190 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αναλυτή χλωρίου στη δεξιά Δεξαμενή της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου.

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε **εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις**. Επίσης, η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, άρθρο 32, παρ. 2, εδάφ. γ, γίνεται “στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη”.
2. Στις 20/12/2016 ο Δήμος μας ενημερώθηκε από την εταιρεία “Hellas Environment” (η οποία έχει συνάψει σύμβαση για την τακτική αλλά και την έκτακτη συντήρηση των χλωριωτών που λειτουργούν στα τρία (3) αντλιοστάσια της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας και στις δύο (2) δεξαμενές της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου), ότι δεν λειτουργεί ο αναλυτής χλωρίου που είναι τοποθετημένος στη δεξιά δεξαμενή της Δ.Κ. Διονύσου .
3. Κατόπιν τούτου δόθηκε εντολή στην ανωτέρω εταιρεία για την διάγνωση του προβλήματος, για το οποίο όμως απαιτείται αποξήλωση του ελεγκτή και έλεγχο του σε εργαστήριο, και της τοποθέτησης ενός προσωρινού ελεγκτή χλωρίου μέχρι την επισκευή ή αντικατάσταση του υπάρχοντος προβληματικού.
4. Πράγματι, η εταιρεία “Hellas Environment” υλοποίησε τα ανωτέρω και απέστειλε στο Δήμο την από 18/01/2017 συνημμένη Τεχνική Προσφορά, προτείνοντας τρεις εναλλακτικές λύσεις. Η Δ/νση Περιβάλλοντος, έχοντας ως προτεραιότητα να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του ελέγχου χλωρίωσης, επέλεξε την 3η εναλλακτική η οποία συνίσταται στη προμήθεια νέου μονοκάναλου ελεγκτή Lange SC200 με κόστος 1625,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η προαναφερθείσα στην παράγραφο 2 σύμβαση της εταιρείας με το Δήμο δεν περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες τοποθέτησής του, παρακαλούμε για την επείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός νέου μονοκάναλου ελεγκτή Lange SC200, με κόστος 1.625,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
6. Η σχετική έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης θα γίνει με χρέωση του σχετικού Κ.Α. ο.ε. 2017 με ξεχωριστή απόφαση της Ο.Ε., ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 2017 του Δήμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης	Α. Παπαδόπουλος	
Υπογραφή				
Ημερ/νία				